無痛採血筆

Genteel®
www.genteel.tips

快速入門指南

首次使用前，請先詳細閱讀本說明書

⚠ 警告

- Genteel無痛採血筆只供一人使用，**不可**與他人共用
- 每次必須配合新的方軸採血針使用
- 每次使用前，請先徹底清潔雙手
- 有關採血針的使用及棄置方法，請謹遵相關警告字句以及指引
- 請遵循採血筆製造商的警告和說明，以了解採血筆的使用和如何棄置試紙
- AST (Alternate Site Testing 交替部位測量)：想在手指以外的位置進行採血前，請務必與醫生聯繫，以了解AST是否適合你
- 插入或拔除採血針時，切勿按下啟動按鈕

⚠ 注意

- 請勿將Genteel無痛採血筆儲存在高於150˚F (65.5˚C)以上的高溫環境
- 請將Genteel無痛採血筆儲存在乾淨環境以免受到污染
- 請定時清潔Genteel無痛採血筆以維持正常操作(見7.0)
- 請勿使用清潔溶劑 (如油漆稀釋劑、洗甲水)
- 每次使用前，請確保採血的接觸膠圈乾淨(見5.0)及固定
- 交替部位測量：只能在空腹或飯前進行
- 請勿將Genteel無痛採血筆大力按壓在皮膚上(見6.1)





1.0 Genteel 配件

1) 接觸膠圈
2) 筆蓋
3) Butterfly Touch或可兼容的方軸採血針 (請看2.1，此並非Genteel部份)
4) 置針架
5) 前端
6) 啟動按鈕
7) 啟動按鈕上的小孔
8) 真空管
9) 真空指標
10) 推桿
11) 彈簧部份

2.0 採血時所需物品

2.1 Butterfly Touch或可兼容的方軸採血針：你的Genteel型號適用於Butterfly Touch及大多數可兼容的方軸採血針。請遵照以下步驟檢測採血針是否適用於Genteel採血筆。

形狀：請確保採血針的底部有4個角
契合：即使搖晃，採血針仍可穩固在置針架
尺寸：從筆蓋移走接觸膠圈，將採血針按2.1的「尺寸」圖示，穿過筆蓋，確保過程中沒有阻力。
注意：所有方軸採血針，可瀏覽www.mygenteel.com/fit-lancet

2.2 先清洗雙手，再準備採血時所需物品

A) Genteel 無痛採血筆
B) 接觸膠圈
C) Butterfly Touch或可兼容的方軸採血針
D) 消毒酒精綿
E) 血糖測試儀及試紙

3.0 揀選合適的接觸膠圈

注意：可因應AST使用不同的接觸膠圈。

Genteel lancing設備配有6個不同顏色和厚度的接觸膠圈，從#1/最厚(藍色)到#6/最薄(紫色)。不同的厚度讓你可以調整採血針的穿透深度。為了減少不適感，請使用最淺的深度(厚度最高，數字最小)，以抽取適當的血量。

採血筆的原廠設定為#1藍色接觸膠圈，請選擇你的抽血位置(見4.0)。遵照5.0、6.0指示以進行首次抽血。

若未能成功抽血，請依次序選擇其他接觸膠圈(#2黃色、#3綠色、#4透明、#5橙色、#6紫色)，直至你能成功抽到足夠的血量，並且沒有明顯不適。用於不同位置時，可按需要重複上述步驟。

4.0 決定抽血的位置

手指頭(G)：在你的食指、中指或無名指的側旁或中間位置抽血
手掌大魚際肌(H)：拇指的末端
手掌小魚際肌(I)：尾指的末端

重要：如果你選擇了AST，請務必查看你的血糖機說明指引，以了解你的血糖機與哪些備用部位相容，並諮詢你的醫生以確定交替部位測量是否適合你。







5.0 準備Genteel無痛採血筆進行抽血

準備：清洗Genteel無痛採血筆表面及其他採血裝置。確保接觸膠圈已裝好並潔淨。

5.1 採血筆：按下採血筆的推桿，檢查操作是否正常。

5.2 移走筆蓋：逆時針旋轉並輕輕拉出筆蓋。

5.3 插入Butterfly採血針：當採血筆已準備就緒，於置針架插入採血針，小心扭開採血針套並放置一旁。

5.4 打開筆蓋：對齊筆蓋槽並慢慢套入，再順時針方向轉動。

6.0 抽血

以肥皂和清水清潔雙手及需抽血的位置，並準備血糖機及試紙。

6.1 輕放Genteel無痛採血筆在皮膚上：垂直手持採血筆，並確保接觸膠圈緊貼著皮膚。無需用力按壓，以免在抽血過程中產生痛楚。

6.2 按下啟動按鈕：輕力按下啟動按鈕至少4秒，直至見到抽血位置滲出血液。

注意：按壓啟動按鈕越久，抽血的量則越多。

6.3 釋放啟動按鈕：將採血筆從皮膚移開之前，手指應先離開啟動按鈕，再把採血筆移開。若操作不當，血液可能會化開。

6.4 測試血糖：把抽出的血滴到血糖試紙上，再按指示進行血糖測試。

6.5 移除抽血針：垂直手持採血筆(見5.1)並移除筆蓋(見5.2)。小心將採血針插入採血針套內。成功套入採血針後，請從採血筆移除採血針。

6.6 棄置採血針：遵循本地法規處理利器廢棄物，小心棄置已使用的採血針。

7.0 清洗Genteel無痛採血筆

7.1 表面清潔：每次使用前，以乾淨的濕布輕抹採血筆的表面。使用70%的異丙醇對採血筆進行消毒。仔細擦乾裝置，切勿將裝置浸入液體中。

重要：若按著啟動按鈕的同時，推軸升逾一半，有可能是Genteel內部的灰塵或其他污染物導致真空洩漏。如果你遇到此真空洩漏的情況，按(7.2)指示處理。若情況持續，則按(7.3)指示處理。如果清潔不能解決真空洩漏問題，請聯絡經銷商。

7.2 快速清潔 (內部)

7.2.1 移走彈簧部份：按下啟動按鈕，再逆時針方向扭動彈簧部份，並從真空管取出彈簧部份。

7.2.2 O形橡膠圈：用乾淨的手指抹擦彈簧部份的O形橡膠圈，以清理表面的塵埃及污垢。

7.3 深層清潔 (內部)

7.3.1 移走彈簧部份：重複7.2.1步驟

7.3.2 沖洗真空管：反覆按下啟動按鈕，使快速流動的暖水流過真空管，並從噴筆蓋口流出。

7.3.3 沖洗彈簧部份：重複7.2.2步驟，讓暖水快速在彈簧部份流動。

7.3.4 徹底風乾採血筆，確保真空管內沒有濕氣。

7.3.5 組裝：把彈簧部份裝入真空管內，順時針方向扭動直至安全地鎖定。並檢查採血筆是否操作正常。

快速入門短片：WWW.GENTEEL.TIPS

CE

66°C

Genteel LLC
333 S State St.
Suite V #432
Lake Oswego, OR 97034

EC REP
EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

800-12000A

保利安公司
Health Care & Co.
wholly owned by Humana Medical Ltd
喜曼拿醫療系統有限公司

服務熱線 Service Hotline : (852) 2810 4868

地址：香港新界葵涌工業街23-31號美聯工業大廈21樓B室
Address : Unit B, 21/F, Mai Luen Industrial Building, 23-31 Kung Yip Street, Kwai Chung, N.T., H.K.

GENT-00015_UM_01_2